

薬剤部内治験薬保管庫の温度管理に関する手順書
変更点一覧

2019年3月15日作成

| 頁 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変更理由 |
|---|---------------|---|--|----------------|
| 1 | 1. 測定場所及び測定機器 | <p>(1) 治験薬保管庫 常温保管庫(normal temperature) :温度データロガー SaverisT2D</p> <p>(2) 治験薬保管庫 恒温器(Incubator) :温度データロガー SaverisT2D</p> <p>(3) 治験薬保管庫 冷蔵庫(Refrigerator) :温度データロガー SaverisT2D</p> <p>(4) 予備機 :温度データロガー SaverisT2D</p> | <p>(1) 治験薬保管庫 常温保管庫1(normal temperature) :温度データロガー SaverisT2D</p> <p><u>(2) 治験薬保管庫 常温保管庫2(normal temperature)</u> <u>:温度データロガー SaverisT2D</u></p> <p>(3) 治験薬保管庫 恒温器(Incubator) :温度データロガー SaverisT2D</p> <p><u>(4) 治験薬保管庫 冷蔵庫(Refrigerator) :</u> <u>温度データロガー SaverisT2D</u></p> <p>—</p> | 新しい常温保管庫運用開始の為 |
| 2 | — | <p>西暦2018年11月12日 第1版 作成</p> <p>西暦2019年3月1日 第2版 改訂</p> <p>—</p> | <p>西暦2018年11月12日 第1版 作成</p> <p>西暦2019年3月1日 第2版 改訂</p> <p>西暦2019年3月15日 第3版 改訂</p> | 手順書改訂の為 |